

Islak Laboratuvarda Kullanılan Tek Kullanımlık Eldiven Teknik Şartnamesi

1. Pudrasız çok yönlü steril olmayan nitril eldiven.
2. Tıbbi cihaz Class 1 (MDR) (EU) 2017/745 Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
3. Kişisel Koruyucu Donanım Kategori III (PPE - Complex Design), (EU) 2016/425 Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
4. Nitrile sentetik rubber (acrylonitrile butadiene) olmalıdır.
5. Çok yönlü, kıvrımlı manşet ve parmaklı olmalıdır.
6. 100adet/paket olmalıdır.
7. Küçük (small), Orta (medium), Large (büyük) ölçüde olmalıdır.
8. Parmak kısmı kalınlığı en az 0.12mm ASTM D3767-03 (2014) olmalıdır.
9. Avuç içi kısmı kalınlığı en az 0.08mm ASTM D3767-03 (2014) olmalıdır.
10. Parmak kısmı kalınlığı en az 0.06mm ASTM D3767-03 (2014) olmalıdır.
12. Kimyasallar tarafından bozulma direncinin belirlenmesi için test edilmiş olmalıdır (ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 165231:2015+A1:2018, ISO 374-4:2019).
13. EN374-kimyasal dayanıklılık standard olmalıdır.